

Số: /TB-TTYT

Hoài Nhơn, ngày tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v báo giá trang thiết bị y tế.

Kính gửi: Các Công ty/đơn vị kinh doanh Trang thiết bị y tế.

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 từ nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị và nguồn thu hợp pháp khác, cụ thể như sau:

TT	Tên trang thiết bị y tế mời báo giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Máy ly tâm	<i>Phụ lục 1 kèm theo</i>	Máy	01	
2	Máy đo tim thai		Máy	02	
3	Máy xông khí dung		Máy	05	
4	Máy lấy cao răng		Máy	01	
	Tổng cộng: 04 khoản				

Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với các quy định hiện hành, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn kính mời các Công ty/đơn vị kinh

doanh trang thiết bị y tế quan tâm tham gia có thể gửi Bảng báo giá cho đơn vị theo (Phụ lục 2 đính kèm). Khi báo giá các đơn vị chú ý như sau:

1. Yêu cầu về báo giá:

- Nêu rõ về chủng loại, cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật, hãng/nước sản xuất; Hãng/nước chủ sở hữu, catalogue của từng hàng hóa, chủng loại trang thiết bị y tế.

- Kết quả đã trúng thầu của mặt hàng chào giá trong vòng 120 ngày (nếu có).

- Báo giá phải được ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu xác nhận của Công ty/đơn vị;

- Giá hàng hóa đã bao gồm: thuế giá trị gia tăng, chi phí bảo hành, vận chuyển, lắp đặt, vận hành, chạy thử đến tận khoa dược của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn và các chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ chi phí nào thêm;

- Hiệu lực báo giá (Tối thiểu 120 ngày).

- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc.

2. Thông tin nhận báo giá:

- Báo giá gửi qua đường bưu điện (Ngoài bì thư) ghi rõ: Báo giá Trang thiết bị Y tế.

+ Nơi nhận: Phòng Văn thư - Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn.

+ Địa chỉ: Khu Phố 7, phường Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định

+ Số điện thoại: 0256.3765.892; 02563.565.173 (để được hướng dẫn).

- Scan báo giá gốc về địa chỉ Gmail: ttytxhoainhon@gmail.com
[/duoctytn@gmail.com](mailto:duoctytn@gmail.com)

3. Thời gian gửi báo giá: Gửi trước 16 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2023.

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo đến Quý Công ty/đơn vị có quan tâm được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (báo cáo và đăng tải trang TTĐT của SYT);
- Lãnh đạo TTYT;
- Trang TTĐT của TTYT TX Hoài Nhơn;
- Lưu: VT, KD-TTB-VTYT.

GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Vinh

Phụ lục 1

(Kèm theo Thông báo số /TB-TTYT ngày tháng 6 năm 2023 của TTYT TX Hoài Nhơn)

CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

1. MÁY LY TÂM

I. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2022, 2023 trở về sau.
- Hàng hóa có chứng nhận CO, CQ, Tờ khai hải quan.
- Tiêu chuẩn chất lượng đạt ISO 13485 hoặc tương đương.

II. Cấu hình cung cấp:

- Máy chính: 01 cái
- Rotor góc 24 vị trí: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

III. Thông số kỹ thuật:

- Phạm vi tốc độ lên đến 14,800 rpm
- Kiểm soát thuận tiện
- Màn hình hiển thị rõ ràng.
- Thời gian tăng tốc và giảm tốc ngắn
- Độ ồn thấp
- Động cơ không bảo dưỡng
- Khóa nắp cơ giới
- Cửa sổ trong nắp để giám sát tốc độ bên ngoài
- Công suất tối đa [ml]: 24 x 2
- Lực ly tâm tối đa RCF: 16,163/ 16,602 xg
- Tốc độ tối đa [rpm] \geq 14,800
- Tốc độ tối thiểu [rpm]: \leq 200
- Độ ồn ở tốc độ tối đa (xấp xỉ) [dB (A)]: \leq 54
- Thời gian tăng tốc tối đa [giây]: \leq 15
- Thời gian giảm tốc tối đa [giây]: \leq 12
- Công suất tiêu thụ [W]: \leq 95
- Nguồn hiệu điện thế: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Rotor góc cố định.

IV. Các yêu cầu khác

- Giao hàng trong thời gian: 90 ngày, tại đơn vị sử dụng;
- Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu.
- Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần.

2. MÁY ĐO TIM THAI

I. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2022, 2023 trở về sau.
- Hàng hóa có chứng nhận CO, CQ, Tờ khai hải quan.
- Tiêu chuẩn chất lượng đạt ISO 13485 hoặc tương đương.

II. Cấu hình cung cấp:

- Máy chính: 01 cái
- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
- Đầu dò Doppler: 01 cái
- Gel: 01 chai
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh / Việt: 01 bộ

III. Thông số kỹ thuật:

- Màn hình màu
- Đầu dò Doppler thăm dò với độ nhạy cao
- Lưu trữ dữ liệu tới ≥ 4 giờ
- Có hiển thị hướng dẫn nhanh.
- Khay để đầu dò thoải mái.
- Đầu dò không thấm nước
- Tần số siêu âm: ≥ 2 MHz
- Cường độ : ≤ 10 mW/cm²
- Dải FHR: 30~ 240 bmp
- Độ chính xác: $\pm 2\%$ của dải
- Pin có thể sạc lại
- Đầu vào: AC 100 ~ 240 V(50/60 Hz)
- Đầu ra: DC 9V/2A

IV. Các yêu cầu khác

- Giao hàng trong thời gian: 90 ngày, tại đơn vị sử dụng;
- Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu.
- Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần.

3. MÁY XÔNG KHÍ DUNG

I. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2022, 2023 trở về sau.
- Hàng hóa có chứng nhận CO, CQ, Tờ khai hải quan.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương.

II. Cấu hình cung cấp:

- Máy chính: 01 Cái
- Bầu đựng thuốc xông: 01 Cái
- Dây nối bầu xông với máy: 01 Cái
- Mask xông cỡ lớn: 01 Cái
- Mask xông cỡ nhỏ: 01 Cái
- Đầu xông họng: 01 Cái
- Miếng lọc dự phòng: 01 Cái
- Hướng dẫn sử dụng : 01 Bộ

III. Thông số kỹ thuật:

- Nguồn điện: AC 220- 240V, 50Hz
- Tốc độ phun: $\geq 0,4$ ml/min
- Kích thước hạt: Tối thiểu 3 μ m
- Dung tích bầu đựng thuốc: ≥ 7 ml
- Độ ồn: ≤ 52 dBA

IV. Các yêu cầu khác

- Giao hàng trong thời gian: 90 ngày, tại đơn vị sử dụng;
- Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu.
- Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần.

4. MÁY LẤY CAO RĂNG

I. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2022, 2023 trở về sau.

- Hàng hóa có chứng nhận CO, CQ, Tờ khai hải quan.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương.

II. Cấu hình cung cấp:

- Máy chính: 01 cái
- Tay cầm gắn insert: 01 cái
- Insert: 01 cái
- Bàn đạp: 01 cái
- Dây nguồn: 01 cái

III. Thông số kỹ thuật:

- Nguồn điện cung cấp cho đầu tip: 110-240V đầu vào, 50/60 Hz
- Công suất đầu ra ở đầu tip: Điều chỉnh sự vận hành vào khoảng 10 – 40W
- Lưu lượng nước và áp suất cung cấp: Lưu lượng 18cc đến 30cc mỗi phút từ mỗi vòi đầu tip
- Áp suất cung cấp đến mũi cạo vôi là 25 – 60PSIG nước máy hoặc nước đóng chai
- Tần số rung: 25Khz
- Tự động điều chỉnh mạch chính xác
- Dây nguồn điều chỉnh chính xác cho nguồn điện thiết lập
- Chấp nhận các loại mũi cạo vôi Cavitron, P, SLI, TFI, và FSI
- Nhỏ gọn và nhẹ
- Tự động điều chỉnh điện áp đầu vào 110-240VAC.
- Bao gồm một mũi cạo vôi và bộ điều khiển bằng chân (pedal).
- Dòng điện: < 0.85 amps
- Áp suất nước: < 172 - > 414 kPa
- Tốc độ nước: Tối thiểu $\leq 5\text{ml/min}$, tối đa $\geq 50\text{ml/min}$.

IV. Các yêu cầu khác

- Giao hàng trong thời gian: 90 ngày, tại đơn vị sử dụng;
- Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu.
- Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: 6 tháng/ lần.

Phụ lục 2:

(Kèm theo Thông báo số /TB-TTYT ngày tháng 6 năm 2023 của TTYT TX Hoài Nhon)

Tên Công ty:.....
Địa chỉ:.....
Số ĐT:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhon.

Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhon, tỉnh Bình Định.

Theo Thông báo mời báo giá số:...../TB-TTYT, ngày /6/2023 của Giám đốc Trung tâm Y tế Hoài Nhon, Công ty Chúng tôi báo giá như sau:

ST T	Tên hàng hóa	Tên thương mại/ Mã sản phẩm (nếu có)	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật (Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo thông báo này)	Chủ ng loại/ Mã hàng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng / Nước Chủ sở hữu	SDK/G PNK/P CB	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Có VAT)	Thành tiền (Có VAT)	Ghi chú (Mã kê khai và giá kê khai)	
1	Máy ly tâm													
2	Máy đo tim thai													
3	Máy xông khí dung													
4	Máy lấy cao răng													
			Tổng cộng: 04 khoản											

***Ghi chú:**

- Ngày báo giá:

- Hiệu lực của bảng chào giá:tháng kể từ ngày ký (Tối thiểu 120 ngày).

- Giá trị hàng hóa trong bảng chào giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại phí khác có liên quan.

- Hồ sơ đi kèm bao gồm:

+ Các tài liệu chứng minh các nội dung về chủng loại, cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật, Hãng/nước sản xuất; Hãng/nước chủ sở hữu, catalogue của thiết bị.

+ Giấy phép lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu....

... .., ngày....tháng 6 năm 2023

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)